TPLO Clover indicazioni.

Tabella di riferimento rapido

REF.	**V1861** (Sx) **V1862** (Dx)	**V2063** (Sx) **V2064** (Dx)	**V2061** (Sx) **V2062** (Dx)	**V3061** (Sx) **V3062** (Dx)	**V3063** (Sx) **V3064** (Dx)	**V3065** (Sx) **V3066** (Dx)	**V3067** (Sx) **V3068** (Dx)
DESCRIZIONE	**TPLO Clover Micro** Lunghezza: 26.6mm Spessore: 1.5mm	**TPLO Clover Mini XS** Lunghezza: 37mm Spessore: 2.2mm	**TPLO Clover Mini** Lunghezza: 44mm Spessore: 2.5mm	**TPLO Clover Medio** Lunghezza: 55.3mm Spessore: 2.8mm	**TPLO Clover Grande** Lunghezza: 60.5mm Spessore: 2.8mm	**TPLO Clover Gigante** Lunghezza: 79mm Spessore: 3.0mm	**TPLO Clover XXL** Lunghezza: 95mm Spessore: 3.7mm
PESO KG.	3-5	fino a 10	10-15	fino a 35	fino a 50	50-70	70-80
LAMA	12	12-15	18	21-24	24-27	27-30	30-33

I valori in questa tabella sono indicativi. La scelta dell'impianto deve essere basata sull'esperienza dei chirurghi, considerando l'atteggiamento e il temperamento del paziente.

Intrauma S.p.A.
intrauma.com | **T:** +39.011.953.94.96 | fixin@intrauma.com

USA Office: Intrauma America LLC
intrauma.com | **P:** (201) 420.0110 | orders@intrauma.com